



BDTİM



KANDİLLİ
RASATHANESİ VE
DEPREM ARAŞTIRMA
— ENSTİTÜSÜ —
1868

Tarih : 27/05/2025

Görevli Personel : Mehmet Güler-Burak Aksu-Ferdi Olgun

NMR9 (Balıkesir-Marmara Adası) İstasyonu Kurulum Raporu

Serial-Nos=T6Z74/C4568

WO=65809

G=2393.56,2394.28,2403.76

VPC=0.959648,0.959652,0.959582

TYPE=6T

RESPONSE=cmg-6_30s_100hz velocity

COILCONST=0.00443,0.00441,0.00435

CALVPC=0.58

CALRES=51000

İstasyon tipi: B-band

Enlem: 40.6196 Boylam: 27.7020 Yükseklik: 9.0 m

Gprs : Turkcell

Modem: Cloudgate

Hat No: 0538 431 72 94

IP: 172.22.34.20 Port:1567

Güneş paneli: 2 adet = 50+75 Watt

Güneş Paneli Regülatörü:20A

Akü: 1 adet 100 Amper



İstasyonun kapı kilidi değiştirildi. Ek olarak 75 watt güneş paneli eklendi. Güneş paneli regülatörü değiştirilerek oksitlenen bağlantı kabloları yenilendi. Gps anten değiştirildi.



Akü deęiřtirildi. Sismometre montajı , terazi , yn ayarı yapılarak montajı yapıldı. Cloudgate modem lie Turkcell hat kullanılarak sismometre verisi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arařtırma Enstits'ne veri akıřı saęlandı.