



BDTiM



KANDİLLİ
RASATHANESİ VE
DEPREM ARAŞTIRMA
— ENSTİTÜSÜ —
1868

TARİH : 27/04/2026

GÖREVLİ PERSONEL : ZAFER ÖĞÜTCÜ-MEHMET GÜLER

YHT3-TCDD (KARAMAN) İSTASYONU KURULUM RAPORU

Serial-Nos=T5AD6/C2095

WO=6513

G=1.022,1.02,1.02

VPC=3.05124,3.07736,3.06954

TYPE=5T

RESPONSE=cmg-5_100hz acceleration

COILCONST=1,1,1

CALVPC=3.069

CALRES=1

İSTASYON TİPİ: ACCELEROMETER

ENLEM: 37.2297

BOYLAM: 33.1503

YÜKSEKLİK:1032M

ŞEBEKE ENERJİSİ: TCDD

AKÜ ŞARJIR:VICTRON BLUE SMART IP22 CHARGER 12/20 230V

AKÜ ŞARJIR SERİ NO: HQ243466RV4

AKÜ: 1 ADET 100AH

GPRS MODEM: ROBUSTEL R-1520

MODEM SERİ NO: 05672026010005

MODEM IMEI: 867191080276677

GSM HAT NO: TURK TELEKOM – 05513547405:10GB

GSM HAT ICCID: 89902860300382108235

IP: 176.30.215.153

PC-SCREAM:TURKCELL-95 SCREAM:1678

ÖNEMLİ NOT : Sadece T5AD6/C2095 ivmeölçer, GPS anten ve bağlantı kabloları Kandilli Rasathanesi'ne ait olup diğer bütün ekipmanlar Devlet Demiryolları tarafından tedarik dılmıştır.





